

Ringversuch: **SA1/26**
im Monat: **März 2026**
Teilnehmer-Nr.: **0001049**
Gültig ab: **14.03.26**



Seite 1 von 4

Privatärztliche Gemeinschaft
für Diagnostik Köln-Bonn
Labor im Sommerhof / Standort Meckenheim
Hauptstr. 71-73
50996 Köln



Bonn, 26. März 2026

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Schilddrüsenantikörper im Serum teilgenommen haben.

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich März 2027.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Anti-TG (TAK) (4) | Anti-TPO (MAK) (4) | Anti-TSH-Rez (TRAK) (4)



Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut



Dr. Marika Enders
EQAS-Board

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 26.03.26 gültig.
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.




Andere Kits (Anzahl):
1-48(1), 1-49(2), 1-99(1), 2-30(1), 2-139(1), 2-141(1), 4-40(1), 4-116(1), 4-365(2), 5-30(1),



Andere Kits (Anzahl):
1-48(1), 1-49(2), 1-111(2), 2-30(1), 2-139(1), 3-21(1), 4-540(2), 4-116(1), 5-30(1),

Analyt **Anti-TSH-Rez(TRAQ)**
Methode Alle Methoden



Teilnehmerzahl	313	
Probe/Einheit	A	B
Mittelwert	11.2	1.79
Standardabweichung	3.26	0.634
Variationskoeffizient	29.1	35.4

B

Probe A [U/I]													
M	Kit	N	Min	16.P	50.P	84.P	Max						
Alle	313		1.60	8.20	11.4	12.6	13030						
1	71	13	4.75	5.06	7.23	9.09	184						
2	5	12	7.60	8.08	8.44	12.2	25.8						
3	48	18	7.60	8.00	8.35	9.46	8700						
3	72	11	2.90	7.78	11.0	12.0	12.5						
4	4	35	11.2	12.7	13.1	13.8	13030						
4	30	176	1.60	10.9	11.5	12.1	13.1						
4	44	20	6.20	6.52	6.83	7.20	7.22						
4	77	10	19.4	21.8	23.9	25.8	26.9						
4	335	3	4.34		5.03		5.33						
4	365	3	8.00		8.11		8.69						

Probe B [U/I]													
M	Kit	N	Min	16.P	50.P	84.P	Max						
Alle	313		0.001	1.26	1.71	2.52	2580						
1	71	13	0.001	0.255	0.900	1.71	350						
2	5	12	0.750	0.877	1.26	2.54	2.67						
3	48	18	0.260	0.601	0.784	1.25	760						
3	72	11	1.40	1.49	2.30	3.90	9.70						
4	4	35	2.21	2.49	2.80	3.22	2580						
4	30	176	0.800	1.38	1.63	2.05	10.7						
4	44	20	1.79	1.86	2.01	2.09	2.10						
4	77	10	2.41	2.44	2.51	2.71	2.92						
4	335	3	1.71		1.77		1.87						
4	365	3	0.820		0.820		0.820						

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt: A -8.7 % B -20.25 %

Andere Kits (Anzahl):
1-48(2), 1-49(1), 1-111(2), 2-25(1), 2-72(1), 2-77(1), 3-04(1), 3-126(1), 5-30(2),