

Ringversuch: **SA1/26**
im Monat: **März 2026**
Teilnehmer-Nr.: **0005686**
Gültig ab: **14.03.26**



Seite 1 von 4

Privatärztliche Gemeinschaft für
Diagnostik Köln-Bonn
Labor im Sommershof / Standort Bonn
Hauptstr. 71-73
50996 Köln



Bonn, 26. März 2026

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Schilddrüsenantikörper im Serum teilgenommen haben.

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiLiBÄK gültig bis einschließlich März 2027. Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Anti-TG (TAK) (4) | Anti-TPO (MAK) (4) | Anti-TSH-Rez (TRAK) (4)

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung



Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

Dr. Marika Enders
EQAS-Board



Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode. Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 26.03.26 gültig. Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

	B	M	E	D/Dmax	ZW	UG	OG								
Anti-TG (TAK)	+	4	A	647	0.01	643	353	933							
[U/ml]			B	179	0.01	178	97.9	259							
Anti-TPO (MAK)	+	4	A	117	0.01	116	63.8	169							
[U/ml]			B	186	0.08	179	98.4	260							
Anti-TSH-Rez(TRAK)	+	4	A	12.0	0.09	11.5	6.32	16.7							
[U/l]			B	1.92	0.39	1.63	0.896	2.37							




Andere Kits (Anzahl):
1-48(1), 1-49(2), 1-99(1), 2-30(1), 2-139(1), 2-141(1), 4-40(1), 4-116(1), 4-365(2), 5-30(1),



Andere Kits (Anzahl):
1-48(1), 1-49(2), 1-111(2), 2-30(1), 2-139(1), 3-21(1), 4-540(2), 4-116(1), 5-30(1),

Analyt	Anti-TSH-Rez(TRAQ)
Methode	Alle Methoden



A			
Teilnehmerzahl	313		
Probe/Einheit	A	U/I	B
Mittelwert	11.2		1.79
Standardabweichung	3.26		0.634
Variationskoeffizient	29.1		35.4

B

Probe A [U/l]													
M	Kit	N	Min	16.P	50.P	84.P	Max						
Alle	313		1.60	8.20	11.4	12.6	13030						
1	71	13	4.75	5.06	7.23	9.09	184						
2	5	12	7.60	8.08	8.44	12.2	25.8						
3	48	18	7.60	8.00	8.35	9.46	8700						
3	72	11	2.90	7.78	11.0	12.0	12.5						
4	4	35	11.2	12.7	13.1	13.8	13030						
4	30	176	1.60	10.9	11.5	12.1	13.1						
4	44	20	6.20	6.52	6.83	7.20	7.22						
4	77	10	19.4	21.8	23.9	25.8	26.9						
4	335	3	4.34		5.03		5.33						
4	365	3	8.00		8.11		8.69						

Probe B [U/l]													
M	Kit	N	Min	16.P	50.P	84.P	Max						
Alle	313		0.001	1.26	1.71	2.52	2580						
1	71	13	0.001	0.255	0.900	1.71	350						
2	5	12	0.750	0.877	1.26	2.54	2.67						
3	48	18	0.260	0.601	0.784	1.25	760						
3	72	11	1.40	1.49	2.30	3.90	9.70						
4	4	35	2.21	2.49	2.80	3.22	2580						
4	30	176	0.800	1.38	1.63	2.05	10.7						
4	44	20	1.79	1.86	2.01	2.09	2.10						
4	77	10	2.41	2.44	2.51	2.71	2.92						
4	335	3	1.71		1.77		1.87						
4	365	3	0.820		0.820		0.820						

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:		A	4.3 %
		B	17 %

Andere Kits (Anzahl):
1-48(2), 1-49(1), 1-111(2), 2-25(1), 2-72(1), 2-77(1), 3-04(1), 3-126(1), 5-30(2),